

Garo Kertesz  
Vestervang 10, 1024  
8000 Aarhus C

Navervej 1  
6600 Vejen

Vor ref.: Lilly Schulz  
Direkte tf.: 42 62 76 89  
analyselab-vest@force.dk

## PRØVNINGSRAPPORT

Task nr.: 120-33669.01  
Journal nr.: W20-977  
Rapportdato: 09.11.2020

### Analyse af fluor

**Beskrivelse:** Brun pizzabakke  
**Modtagedato:** 02.11.2020  
**Måleperiode:** 02.11-09.11.2020  
**Tilberedning:** Prøven presses til tablet og afbrændes enkeltvis i kalorimeter efter DS/EN ISO 18125 (2017). Efter afbrænding skylles bomben, hvorefter vand/skyllevand overføres til målekolbe. Opløsningens indhold af fluorid måles vha. ionchromatografi efter DS/EN ISO 10304-1 (2009). Prøven er målt direkte og spiket med fluor, for at genfinde fluor-indholdet. Overfladevægten er bestemt ved vejning af emnet med bestemte dimensioner.

Parameter	Enhed					
		BOX 1 Deep pan 29	BOX 2 Standard 30	Nr. 3 Hvid standard	Nr. 4 TWK-standard	Linea Ecobox
Total organisk fluor	µg/g, som modtaget	9,4	14	12	13	2,3
Overfladevægt	g/dm <sup>2</sup> , som modtaget	4,2	3,4	3,9	3,8	3,6
Total organisk fluor	µg/dm <sup>2</sup> , som modtaget	39	49	45	50	8



Jesper Hinz  
Specialist